

informatica@itajobi.sp.gov.br

De: Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi
<licitacao@itajobi.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 15:37
Para: informatica@itajobi.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 008/2026 - MUNICIPIO DE ITAJOBI

Boa tarde.

Encaminho esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 008/2026 para ser disponibilizado no site da Prefeitura do Município de Itajobi.

Kelli

Prefeitura do Município de Itajobi - SP

Setor de Licitação

(17) 3546-9000

----- Mensagem original -----

Assunto:::Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 008/2026 - MUNICIPIO DE ITAJOBI

Data:10/02/2026 15:34

De:Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Para:::lara.carlos@medtronic.com

----- Mensagem original -----

Assunto:::Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 008/2026 - MUNICIPIO DE ITAJOBI

Data:10/02/2026 15:28

De:ALMOXARIFADO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ITAJOBI
<almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br>

Para:Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Responder para:almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br

BOA TARDE!

SIM, SERÃO ACEITOS COM ESSA VALIDADE.

QUANTO AO PRAZO DA ENTREGA, POR SE TRATAR DE UM PRODUTO IMPORTADO, A EMPRESA DEVERÁ RESPONDER O E-MAIL ASSIM QUE RECEBER O RODUTO SOLICITANDO OS 5 DIAS NECESSÁRIOS PARA ENTREGA.

Atenciosamente,

Keli Daiani Angeloti Vilas

Almoxarifado Dep. de Saúde de Itajobi

E-mail: almoxarifado.saude@itajobi.sp.gov.br

Fone: (17) 3546-9029

WhatsApp: (17)99138-7317

Em 10/02/2026 15:22, Setor de Licitação - Prefeitura Municipal de Itajobi escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto::PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 008/2026
- MUNICIPIO DE ITAJOBI

Data:10/02/2026 14:56

De:"Carlos, Lara" <lara.carlos@medtronic.com>

Para::"licitacao@itajobi.sp.gov.br" <licitacao@itajobi.sp.gov.br>

Cc::"Marinho, Karina" <karina.b.marinho@medtronic.com>, "Santos, Zuleide"

<zuleide.c.santos@medtronic.com>, "ALVES CERQUIARI, CAMILA"

<camila.a.alvescerquiari@medtronic.com>

Prezados, bom dia. A AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.409/0003-90, apresenta o seguinte esclarecimento:

Analisando o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2026 – MUNICIPIO DE ITAJOBI e com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os questionamentos abaixo:

Os transmissores de Glicemia Guardian Link **MMT-7840W8** possuem uma bateria interna, recarregável, não substituível, com vida útil de aproximadamente **1 ano** após o início de uso. Para o pleno funcionamento da bateria interna, a primeira carga deve ocorrer dentro de **6 meses** da data de fabricação do produto. No entanto, informamos que como são fabricados fora do país, o processo de importação pode levar até 2 meses para disponibilidade de comercialização na Medtronic Brasil.

Pergunta: os transmissores serão aceitos com prazo de validade de 90 (noventa) dias para sua recarga no paciente?

Informamos também que os **MMT-7040C8** apresentam validade de **12 meses** a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembarque aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade **pelo menos de 6 meses** da data de sua fabricação para comercialização no Brasil.

Pergunta: os sensores serão aceitos com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias?

Aproveitamos para questionar sobre o prazo de entrega dos itens. Devido trâmites de faturamento e os prazos logísticos envolvidos, **não será possível atender ao prazo de entrega mencionado**. Nosso prazo habitual para fornecimento é de estimados 5 dias corridos, tempo necessário para transporte até o local de entrega.

Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração.

Atenciosamente,

Lara de Lima Carlos

Estagiária de Licitação | Captação | Bid & Tenders

Medtronic

Tower Bridge Corporate

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 / 10º Floor | São Paulo, SP, 04576-010 | Brazil

lara.carlos@medtronic.com

medtronic.com | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)



Engineering the extraordinary

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: <http://emaildisclaimer.medtronic.com>